

Kobyłka, dnia 13.01.2022 r.

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2022 D+

Nazwa zamówienia: **Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce** w ramach realizacji projektu „*Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia*”, nazwa przedsięwzięcia „*Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce*”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 11.01.2022 r.

Załącznik nr 1f - wykaz parametrów technicznych dla Części 6

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zawartości ww dokumentu oraz potencjalną możliwością dostarczenia Państwu kilku różnych rozwiązań w żaden sposób ze sobą niepowiązanych prosimy o odniesienie się do następujących kwestii:

Zagadnienie 1:

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego na istnienie dwóch klas jakościowych Bezdotykowych systemów iluminacji żył

Sprzętu niskiej klasy i wysokiej klasy.

Sprzęt wysokiej klasy:

- Wyposażony jest w dwa niezależne źródła światła, które pozwalają na poprawne wyświetlanie mapy w każdych warunkach w tym możliwość projekcji w 5 kolorach
- Wyposażony jest trybu pomiaru i wskazania głębokości położenia żył, a także wyświetlacz ułatwiający pracę personelowi medycznemu wybór odpowiednich funkcji i co oczywiste sam proces wkłucia.

Zaznaczamy, że urządzenia niskiej klasy mogą okazać się w trudnych przypadkach nieefektywne i podważać zasadność używania, a co za tym idzie kupowania urządzenia.

Koszt zakupu urządzeń niskiej i wysokiej klasy to średnio około kilku/kilkunastu %.

Poniżej zdjęcia poglądowe wyświetlania urządzeń wysokiej (po lewej) i niskiej (po prawej) klasy (na zdjęciu lewym zamazano dane wskazujące na konkretnego producenta)

Prosimy o wskazanie czy zamawiający wymaga urządzenia wysokiej klasy opisanego powyżej.

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

Zagadnienie 2:

Prosimy o informację, czy zamawiający wymaga stelaża biurkowego czy takiego umieszczonego na podstawie jezdnej. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie powinno mieć możliwość współpracy z systemem zapobiegającym upadkowi urządzenia, w wypadku wyślizgnięcia się urządzenia z ręki operatora, a sam statyw powinien być wyposażony w głowicę samozatraskową.

- Zamawiający wymaga stelaża umieszczonego na podstawie jezdnej z blokadą kółek. Zamawiający nie wymaga stelaża biurkowego. Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie miało możliwość współpracy z systemem zapobiegającym upadkowi urządzenia, w wypadku wyślizgnięcia się urządzenia z ręki operatora. Zamawiający nie wymaga aby statyw był wyposażony w głowicę samozatraskową.

Zagadnienie 3:

Funkcja zapisu zdjęć i transferu ich na komputer jest w praktyce nieużywana i niepotrzebnie zwiększa cenę urządzenia. Jedyne teoretyczne zastosowanie takiego rozwiązania to szkoły pielęgniarские, gdzie można pokazać adeptom wykonane zdjęcia. Prawda jest taka, że to rozwiązanie i tak jest mniej funkcjonalne niż alternatywna możliwość zamrożenia obrazu, tak by na bieżąco móc pokazać mapę innym osobom bez potrzeby zgrywania obrazu na komputer. Prosimy o dopuszczenie tego rozwiązania, jako równoważnego.

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

DYREKTOR
[-] mgr Urszula Starużyk