

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2022 D+

Nazwa zamówienia: **Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce** w ramach realizacji projektu „*Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia*”, nazwa przedsięwzięcia „*Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce*”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 12.01.2022 r.

Część 8 - Bilirubinometr do bezinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków

Ad sposób składania oferty pkt. 8 zapytania ofertowego

Czy w związku z możliwością złożenia oferty na adres e-mail wskazany w zapytaniu ofertowym Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też oferta ma zostać wydrukowana i podpisana oraz przesłana w formie skanu?

- Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Załącznik nr 1h - wykaz parametrów technicznych dla Części 8

Pkt 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bilirubinometru do bezinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków z zakresem pomiarowym 0.0 mg/dL – 20.0 mg/dL (0 do 340 µmol/L)?

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o dokładności +/- 1,5 mg/dl dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego, +/- 1,6 mg/dl dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego oraz +/-2,3 mg/dl po fototerapii?

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

Załącznik nr 2 Umowa

§6 ust. 6 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych?

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

§6 ust. 6 pkt 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że wymiana sprzętu na nowy zostanie wykonana po 3 naprawach tej samej części/ tego samego podzespołu niewynikających z winy użytkownika.

- Potwierdzamy.

§7 ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. 1) do 10% ?
- pkt. 2) do 0,2% ?
- pkt 3) do 0,2% ?
- pkt 4) do 0,2% ?

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

§7 ust. 4

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

- **Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.**

DYREKTOR

[...] mgr Urszula Starużyk