

Kobyłka, dnia 13.01.2022 r.

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2022 D+

Nazwa zamówienia: **Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce** w ramach realizacji projektu „*Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia*”, nazwa przedsięwzięcia „*Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce*”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 13.01.2022 r.

1 Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu w umowie, paragraf 6, pkt 6 ppkt2: " przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze"

na zapis: "przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 72 godzin w dni robocze"?

- Podtrzymujemy zapisy Zapytania ofertowego.

2. Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem "Oprogramowanie"? Czy wystarczający jest program istniejący już w elektrokardiografie, czy dotyczy dodatkowego programu instalowanego na komputerze?

- Wystarczający jest program istniejący w elektrokardiografie.

DYREKTOR
[-] mgr Urszula Starużyk