

Nr sprawy: 04/ZO/2020

Kobyłka, 24.06.2020 r.

ODPOWIEDŹ NR 2

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/ZO/2020 na „Dostawę jednorazowego zaopatrzenia medycznego”

W związku z otrzymanymi pytaniami do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 04/ZO/2020 na „Dostawę jednorazowego zaopatrzenia medycznego” odpowiadamy;

Pyt. 1

Załącznik nr 1, poz 1, 10, 24, 29

Zamawiający nie określił szacunkowych ilości oczekiwanych artykułów w poszczególnych rozmiarach. Różnice cenowe są znaczne pomiędzy skrajnymi rozmiarami, bądź pomiędzy rodzajami plastrów.

Czy dla możliwości porównania cen Zamawiający dopuści opisany poniżej sposób wyceny:

poz 1 (wzierniki)

2,5 - 50op

4,0- 50op

5,2- 40op

poz 10 serwety gazowe (z przeliczeniem ilości)

30x30, a2- 10op

45x45 a1- 10 op

45x70 a1- 10op

75x90 a1- 10 op

poz 24 opaski elastyczne:

8cm- 40szt

10cm- 50szt

15 cm- 40szt

poz 29, przylepce

włókninowe: 1,25cmx 24szt, 2,5cmx 48szt, 5cmx 24szt

tkaninowe: 1,25cmx 24szt, 2,5cmx 24szt, 5cmx 24szt

1. Odpowiedź: Tak

Pyt. nr 2

Załącznik nr 1, poz 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Serveta z laminatu 50x60cm/1szt

Serveta z laminatu FB 05 I rozcięciem 50x60cm/05cm/1szt

Rękawice nitrylowe M/2szt

Tupfer kula 17N20x20cm/4szt

Kompresy z gazy, 17N 8W7,5x7,5cm/8szt

Pęseta plastikowa 13 cm/1szt

Pean plastikowy 13 cm (+/-0,3) /1 szt

Pojemnik plastikowy 125 ml /1 szt

Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml /1szt

Strzykawka wypełniona lubrykantem 6 ml /1 szt

2. Odpowiedź: Tak

Pyt. nr 3,

Załącznik nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50x50cm pozostałe parametry bez zmian.

3. Odpowiedź: Nie

Pyt. 4,

Załącznik nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje podkładów jałowych czy chłonnych? Z opisu wynika, że potrzebny będzie raczej zwykły podkład chłonny, który skutecznie zabezpieczy tapicerkę a podkłady jałowe stwarzają tylko barierę dla płynów nie absorbując ich.

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 40x60cm w opakowaniu a30?

4. Odpowiedź: Podkłady chłonne Tak

DYREKTOR

[-] mgr Urszula Starużyk